

## 1.21- ORDONNANCE COLLECTIVE

Mise en fonction d'un cardiostimulateur externe temporaire en situation d'urgence seulement

### I - PROFESSIONNELS VISÉS

Toutes les infirmières travaillant à l'Institut de cardiologie de Montréal (ICM)

### II - CLIENTÈLE VISÉE

Tous les patients hospitalisés à l'ICM

### III - INDICATION

- En situation d'urgence seulement
- Bradycardie symptomatique (se référer à la technique de soins 1.4.2) :
  - Altération de l'état de conscience (syncope, léthargie)
  - Chute de tension artérielle (TA)

### IV - INTENTION THÉRAPEUTIQUE

Intervenir rapidement en cas de bradycardie symptomatique

### V - PROCÉDURE

- **Aviser le médecin STAT**

**AVEC cardiostimulateur externe temporaire en place :**

- Appuyer sur le bouton d'urgence du cardiostimulateur externe temporaire

**SANS cardiostimulateur externe temporaire en place et avec présence de fils épicaudiques (contexte post opératoire) :**

- Brancher les fils épicaudiques au cardiostimulateur externe temporaire et l'ouvrir en appuyant sur le bouton d'urgence