



# TROPONINES-I-HS Ortho-Vitros (ng/L)



**Seuil de détection < 2**

Une valeur < 2 est considérée à bas risque si DRS > 3h



**Valeurs normales (99<sup>e</sup> percentile)**

**F < 10**

**H < 14**

**Valeurs intermédiaires**

**F 10-36**

**H 14-52**



**Valeurs élevées (> 4x 99<sup>e</sup> percentile)**

**F > 36**

**H > 52**



**Delta 2h (recommandé)**

**< 3 normal**

**3-4 intermédiaire**

**> 4 élevé**



**Delta 1h**

**< 2 normal**

**2-4 intermédiaire**

**> 4 élevé**



**Post-intervention**

**Valeurs élevées F > 36 H > 52**

Les troponines peuvent augmenter si SCA / CMP / IC / EP / arythmie etc.

On peut seulement comparer avec des valeurs de troponine I Ortho-Vitros

Ne jamais comparer avec les valeurs de troponines T anciennes ou externes

**Aussi anormal si hausse > 20% pour valeurs de base intermédiaires / élevées**