

<b>Nom du formulaire :</b> Compilation des contrôles internes de qualité pour la mesure des gaz sanguins sur l'i-STAT Alinity d'Abbott	<b>Identifiant :</b> 38-EBMD-FOR-358532 <b>Version :</b> 1
<b>Autorité responsable :</b> Jonathan Michaud Levesque, Ph.D., Biochimiste clinique	<b>Date d'entrée en vigueur :</b> 2025-09-25

Ce formulaire est en lien avec la procédure : 38-EBMD-PON-356982 Utilisation de l'appareil i-STAT Alinity d'Abbott pour la mesure des gaz sanguins

**Identification de l'appareil :** # i-STAT- \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ # GBM : \_\_\_\_\_

**Les contrôles internes de qualité niveaux 1 et 3 sont requis aux 48 heures.**

**Important :** tous les paramètres doivent rencontrer les cibles pour accepter la réussite du CIQ, et faire des analyses de gaz sanguins sur le greffon cardiaque.

Date	Heure	Type Cartouche		Résultat CIQ Niveau 1	Résultat CIQ Niveau 3	Commentaires	Initiales
		<input type="checkbox"/> CG4+	<input type="checkbox"/> CG8+	<input type="checkbox"/> Réussite <input type="checkbox"/> Échec	<input type="checkbox"/> Réussite <input type="checkbox"/> Échec		
		<input type="checkbox"/> CG4+	<input type="checkbox"/> CG8+	<input type="checkbox"/> Réussite <input type="checkbox"/> Échec	<input type="checkbox"/> Réussite <input type="checkbox"/> Échec		
		<input type="checkbox"/> CG4+	<input type="checkbox"/> CG8+	<input type="checkbox"/> Réussite <input type="checkbox"/> Échec	<input type="checkbox"/> Réussite <input type="checkbox"/> Échec		
		<input type="checkbox"/> CG4+	<input type="checkbox"/> CG8+	<input type="checkbox"/> Réussite <input type="checkbox"/> Échec	<input type="checkbox"/> Réussite <input type="checkbox"/> Échec		
		<input type="checkbox"/> CG4+	<input type="checkbox"/> CG8+	<input type="checkbox"/> Réussite <input type="checkbox"/> Échec	<input type="checkbox"/> Réussite <input type="checkbox"/> Échec		
		<input type="checkbox"/> CG4+	<input type="checkbox"/> CG8+	<input type="checkbox"/> Réussite <input type="checkbox"/> Échec	<input type="checkbox"/> Réussite <input type="checkbox"/> Échec		
		<input type="checkbox"/> CG4+	<input type="checkbox"/> CG8+	<input type="checkbox"/> Réussite <input type="checkbox"/> Échec	<input type="checkbox"/> Réussite <input type="checkbox"/> Échec		
		<input type="checkbox"/> CG4+	<input type="checkbox"/> CG8+	<input type="checkbox"/> Réussite <input type="checkbox"/> Échec	<input type="checkbox"/> Réussite <input type="checkbox"/> Échec		
		<input type="checkbox"/> CG4+	<input type="checkbox"/> CG8+	<input type="checkbox"/> Réussite <input type="checkbox"/> Échec	<input type="checkbox"/> Réussite <input type="checkbox"/> Échec		
		<input type="checkbox"/> CG4+	<input type="checkbox"/> CG8+	<input type="checkbox"/> Réussite <input type="checkbox"/> Échec	<input type="checkbox"/> Réussite <input type="checkbox"/> Échec		
		<input type="checkbox"/> CG4+	<input type="checkbox"/> CG8+	<input type="checkbox"/> Réussite <input type="checkbox"/> Échec	<input type="checkbox"/> Réussite <input type="checkbox"/> Échec		

<b>LOCALISATION DES COPIES PAPIER :</b> Cartable i-STAT Alinity Gaz sanguins
<b>RÉFÉRENCE :</b> Sans objet