

<b>Nom du document : Albumine humaine 25%</b>	<b>Identifiant :</b> 38-MT-DOC-3207 <b>Version :</b> 5.1
<b>Autorité responsable :</b> Kathy Pelletier, infirmière clinicienne - chargée de sécurité transfusionnelle	<b>Date d'entrée en vigueur :</b> 2025-03-05

<b>Technique d'administration</b>	<b>Classe : Produit sanguin stable</b>
<b>Nom : Albumine humaine 25%</b>	
<b>Définition :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'albumine humaine est fabriquée à partir d'un mélange de plasmas humains par fractionnement.</li> </ul>	
<b>Indications (réf : Monographie – Mai 2016) :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Traiter d'urgence un choc hypovolémique.</li> <li>Traiter des pertes liquidiennes dues aux ponctions d'ascite associées à une maladie hépatique ou un syndrome néphrotique.</li> <li>Utiliser dans la préparation du circuit extracorporel (CEC).</li> </ul>	
<b>But :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Restaurer le débit cardiaque et parer l'insuffisance circulatoire.</li> <li>Maintenir un volume plasmatique adéquat.</li> <li>Provoquer une expansion volémique efficace et prolongée.</li> </ul>	
<b>Durée de conservation :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Après perforation de la fiole : 4 heures.</li> <li>T° pièce : selon la date de péremption.</li> </ul>	<b>Volume :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Albumine 25% : 100 mL.</li> </ul>
<b>Dispositif à transfusion :</b> <p style="text-align: center;"><b>Sous pompe volumétrique :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dispositif à base ventilée sans filtre (Infusomat Space line).</li> <li>Le dispositif doit être changé après la dose totale en continue ou à chaque 24 heures.</li> </ul>	
<b>Compatibilité :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>NaCl 0,9%</li> <li>Dextrose 5%</li> </ul>	<b>Vitesse d'administration :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Débit de départ suggéré : 60 mL/heure.</li> <li>Débit maximum suggéré : 120 mL/heure.</li> </ul>
Suite à l'administration, rincer la tubulure avec 25 mL de NaCl 0,9 % à la fin de la séquence d'un ou plusieurs produits identiques administrés en continu.	
<b>Effets indésirables possibles :</b> Fièvre, frissons, dyspnée/hypoxémie, hypotension, tachycardie, érythème/urticaire avec ou sans prurit, choc vagal/septique/anaphylactique, ictère, hémoglobinurie, douleurs : céphalées/thoraciques/dorsolombaires ou autres.	

<b>LOCALISATION DES COPIES PAPIER:</b> Cartable des documents de laboratoire Produits sanguins
---