

## Liste de contrôle pour le nettoyage de bas niveau par les PABs

### Instructions

- 1- Les cellules ombragées ne sont pas à faire
- 2- Utiliser les lingettes désinfectantes approuvées
- 3- Changer de lingette entre chaque équipement
- 4- Réferez-vous à la procédure de nettoyage de bas niveau pour toute clarification/incertitude
- 5- Initialiser chaque case du tableau lorsque le nettoyage a été effectué
- 6- Remettre la liste de vérification complétée à chaque lundi matin au gestionnaire

Semaine débutant le lundi : \_\_\_\_\_

Unité : \_\_\_\_\_

Équipement	Jour	Soir	Nuit
<i>Bladder scan</i>			
Balance <i>Hygie</i>			
Béquilles			
Cabaret à pansement			
Thermomètre mural			
Cabaret pour prélèvement			
Chaise d'aisance			
Chariot de fourniture			
Chariot de lingerie			
Chariot à médicament			
Chariot à pansement			
Chariot à instrumentation			
Chariot à code			
Chariot de soins			
Chariot de transport à cylindre de gaz médical			
Chauffe couverture			
<i>CoaguChek</i>			
Cylindre à gaz médical et débitmètre			
Distributeur à médicament ( <i>Pixsys</i> )			
Moniteur de débit cardiaque ( <i>FloTrac</i> ou <i>HemoSphere</i> )			
Électrocardiographe mobile			
Fauteuil patient-visiteur			
Lève-patient mobile			

Équipement	Jour	Soir	Nuit
Glacière pour le transport à prélèvements			
Glucomètre			
Guitare à cheveux			
Horloge mobile			
Marchette			
Planche de transfert			
Moniteur de la fonction cérébrale mobile ( <i>Masimo</i> )			
Moniteur à signes vitaux ou syphgmomanomètre électronique ou manuel mobile			
Paniers en plastique			
Pompe ACP			
Pompe à perfusion et pousse seringue			
Quadripode			
Saturomètre mobile			
Stéthoscope			
Support à poche de lingerie			
Table de transport			
Télémétrie			
Téléviseur mobile			
Thermomètre et boîtier mural			
Tige à soluté			

Note : \_\_\_\_\_

