

<b>Nom du formulaire :</b> Test de certification utilisateur EBMD – Analyse de l'INR sur l'instrument CoaguChek Pro II de ROCHE	<b>Identifiant :</b> 38-EBMD-FOR-281715 <b>Version :</b> 1
<b>Autorité responsable :</b> Jonathan Michaud-Levesque, biochimiste clinique	<b>Date d'entrée en vigueur :</b> 2024-05-06

Ce formulaire est en lien avec la procédure : 38-EBMD-PON-281635 Utilisation du lecteur CoaguChek PRO II de ROCHE pour la mesure de l'INR en EBMD.

<b>Installation</b>		<b>Date</b>	
<b>Nom et prénom</b>		<b>Numéro employé</b>	

<b>Questions</b>		<b>Vrai</b>	<b>Faux</b>
1	La batterie du CoaguChek Pro II peut être rechargée, même en absence de base.		
2	Il est nécessaire d'indiquer les lots de bandelettes utilisés dans un formulaire papier de mise en inventaire des produits utilisés.		
3	Le test de contrôle de qualité interne doit être effectué 1x/semaine.		
4	Le mot de passe pour l'identification de l'utilisateur est obligatoire.		
5	Il n'est pas nécessaire d'identifier l'usager.		
6	Il est recommandé de confirmer les résultats d'INR > 4,5 au laboratoire, sur un échantillon de sang veineux.		
7	Le CoaguChek Pro II peut être remis à un usager pour une utilisation à domicile.		

<b>LOCALISATION DES COPIES PAPIER :</b> Bureau du responsable technique EBMD
<b>RÉFÉRENCE :</b> S.O.